

Fiche d'entretien et d'hygiène à l'attention du patient

FAMILLE : AEROSOLS



1. Préambule

Cette fiche a pour but de vous donner les informations utiles pour :

- * Utiliser l'appareil de façon optimale
- * Prévenir certaines complications (infections respiratoires)

Cet appareil est remis, sur prescription médicale, par l'ARAR SAD en vue d'une prestation à domicile.

Il existe différents types d'aérosols, et le choix de l'appareil est fait par le médecin traitant en fonction :

- * de la taille des particules émises,
- * du médicament,
- * de la zone à traiter (ORL, bronches, poumon profond).

Il est IMPORTANT de :

- * **NE JAMAIS MODIFIER** le paramétrage, la fréquence et/ou la durée d'utilisation de votre dispositif médical sans l'avis de votre médecin,
- * Ne pas faire fonctionner l'appareil sans produit médicamenteux dans le nébuliseur
- * Ne pas faire fonctionner l'appareil sans filtre(s)
- * Ne pas prêter l'appareil à une autre personne,
- * Signaler tout dysfonctionnement de l'appareil à l'ARAR.

Pour toutes demandes, appelez le numéro d'astreinte :

02 62 71 97 52

2. Conseils d'hygiène

- * Se lavez les mains à l'eau savonneuse ou utiliser une solution hydro alcoolique, **avant et après** avoir manipulé le dispositif médical, les accessoires ou les consommables.
- * Si toux ou éternuement : se couvrir la bouche avec un mouchoir en papier. Puis jetez le mouchoir dans une poubelle et lavez-vous les mains.
- * Générateur ultrasonique : pas de médicament pur dans le nébuliseur
- * Aérez régulièrement les pièces de votre maison
- * Après la séance d'aérosol, aérez la chambre pour éviter la contamination de l'entourage
- * Contactez votre médecin traitant en cas de toux, fièvre, courbatures, essoufflements...
- * Evitez le contact avec des personnes atteintes de maladies infectieuses, en particulier les pathologies respiratoires.



3. Entretien de l'appareil

L'utilisateur doit entretenir l'appareil car les salissures peuvent être la source d'infections secondaires.

Procéder de la manière suivante :

3.1 Le Kit de nébulisation :

- * Le nébuliseur doit être nettoyé et désinfecté **immédiatement** après chaque nébulisation.
- * Démontez puis placez toutes les pièces du nébuliseur dans un bain d'eau savonneuse pendant 5 minutes environ,
- * Rincer séparément les pièces à l'eau du robinet,
- * Laisser sécher sur un linge propre ou un papier jetable,

Remarque : Si utilisation de plusieurs médicaments, il est conseillé d'utiliser de l'eau chaude savonneuse (40°C) en vue d'éliminer toute trace de médicament.

3.2 Le dispositif médical (l'appareil) :

Toujours débrancher l'appareil avant d'effectuer un nettoyage,

Passer une lingette imprégnée d'un produit désinfectant sur l'ensemble des surfaces de l'appareil,

Laisser sécher à l'air (ne pas rincer, ne pas essuyer).

Attention :

NE JAMAIS plonger l'appareil dans un bain ou laisser pénétrer un liquide au risque de détériorer votre dispositif médical.

3.3 Le filtre extérieur (selon les modèles) :

- * Retirer le filtre et effectuer un nettoyage au moins **une fois par semaine**,
- * Pour les filtres en mousse : laver à l'eau savonneuse, puis rincer à l'eau du robinet. Sécher soigneusement le(s) filtre(s) avec un chiffon propre,
- * Réinstaller le(s) filtre(s) secs dans l'appareil
- * Pour les autres types de filtres : changer le filtre

Remarque : L'absence de nettoyage des filtres extérieurs va diminuer le rendement de votre appareil.

Pour les patients atteints de mucoviscidose :

Un vaporisateur « NUK » leur sera remis afin de procéder à la désinfection (respecter scrupuleusement le mode d'emploi du vaporisateur et le temps d'action).

Remarque : Une infection par un nébuliseur contaminé est possible.



Fréquence de changement du kit aérosol (Préciser au patient le type d'appareil qui le concerne) :

	Type	Consommable	Fréquence de changement
Patient (Mucoviscidose)	Eflow + NUK	Kit aérosol	1 tous les 6 mois
	Pariboy SX + NUK		1 toutes les 6 semaines
	Pneumatique		1 kit/utilisation
	Ultrasonique		1 kit/utilisation
Patient (Non Mucoviscidose)	Pariboy SX	Kit aérosol	1 toutes les 6 semaines
	Pneumatique		1 tous les 15 jours

MERCI DE RESPECTER CES REGLES D'ENTRETIEN ET D'HYGIENE

POUR UNE BONNE UTILISATION DE VOTRE DISPOSITIF MEDICAL



4 rue de Hanoï
ZAC Balthazard
97 419 La Possession

Téléphone : 0262 71 97 50
Télécopie : 0262 22 61 64
Mail : info@arar.fr
www.arar.fr